



PREPARO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

- Estar em 4hs de jejum. Exceto para o exame de colangeorressonânciaé necessário 6hrs de jejum;
- Deve-se hidratar com água (Somente água SEM gás). Demais líquidos não são permitidos;
- Comparecer a clínica semNENHUMA joia, brinco, anel, pulseira e piercings;
- Estar sem nenhuma maquiagem;
- Estar com cabelos secos; sem uso de gel, ou cremes;
- Não usar óleos corporais, hidratantes, filtro solar, cremes analgésicos;

IMPORTANTE

- Tatuagem, maquiagem definitiva ou micropigmentações (sobrancelhas, etc): Se feitas nos últimos 30 dias não poderá fazer Ressonância;
- Cílios postiços fixos que contenham na fórmula imã, não poderá fazer Ressonância, pois corre risco de queimadura ou acidente;
- Pacientes **ALÉRGICOSA CONTRASTE, FRUTOS DO MAR**, com **ASMA**: entrar em contato com a CLINIVATI para maiores orientações;
- Mulheres em período de amamentação: não recomendamos a interrupção, entrar em contato para maiores orientações;
- Gestantes sópodem realizar RM conforme a indicação clínica;
- Pacientes com obesidade mórbida: consultar a possibilidade de execução de exame;

NÃO PODEM FAZER O EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

- Marca-passo cardíaco
- Clipes de aneurisma
- Implantes e aparelhos olhos (exceto lentes de catarata)

- Implantes de ouvido
- Fixadores ortopédicos externos
- bomba de infusão
- Sensor de glicemia subcutânea
- Derivação ventriculoperitoneal
- Clips utilizados em cirurgias de vesícula biliar
- Próteses Valvares Cardíacas
- PACIENTES QUE POSSUEM DISPOSITIVOS / IMPLANTES METÁLICOS OU ELETRÔNICOS (DEVEM APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE A COMPATIBILIDADE COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; SERÃO ACEITOS:
- RELATÓRIO MÉDICO;
- CARTA DE AUTORIZAÇÃO MÉDICA ;ou CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO IMPLANTADO.

MATERIAIS PERMITIDOS P/ REALIZAÇÃO DA RESSONÂNCIA:

- Implantes ortopédicos , como próteses, pinos, parafusos e hastes, **exceto os fixadores externos;**
- Derivação ventriculoperitoneal
- Dispositivo intrauterino (diu)
- acesso quimioterápico (portcat)
- stents intravasculares (como o stent coronariano) são permitidos para a realização da ressonância, mas após 6 semanas de sua colocação.